



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Adamów dnia 12 maja 2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23-00/1374/2024/17, nr umowy: **03OW/4664/I/2024**

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Adamowie
ul. Kleeberga 36
21-412 Adamów
tel.: 25/755 31 21
Adres e-mail: spzozadamow@vp.pl
NIP: **825-14-77-606**

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Magdalena Chmielewska

Adres e-mail: spzozadamow@vp.pl

I Zamówienie realizowane będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” określających ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

II. Przedmiot zamówienia: Aparat EKG mobilny Elektroardiograf

Opis techniczny:

Zamawiający poszukuje dostawcy wysokiej klasy **Aparatu EKG mobilnego**

Minimalne wymagania techniczne urządzenia:

- wyświetlacz 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG;
- regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) – wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta ciągły pomiar częstotliwości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu,



- detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału
wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących
dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca

	do 600 zapisów
Drukarka:	wbudowana
Wyświetlacz / ekran:	10,4 calowy ekran dotykowy HD
Format zapisu ekg :	PDF, PNG, XML, HL7, SCP, ZQECG, DICOM, GDT
Klawiatura:	pełnowymiarowa z klawiszami funkcyjnymi
Menu:	język polski
Przesyłanie danych :	e-mailem przez WiFi lub WLAN, DICOM, HTTP,
Współpraca:	z PC i urządzeniami peryferyjnymi, z oprogramowaniem
Współpraca z drukarkami zewnętrznymi:	port USB i wydruk A4
	USB lub SD
	Dostosowany do przenoszenia i pracy w różnych warunkach

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych parametrów i oznaczeń elementów. Poprzez równoważność rozumiemy zachowanie odpowiednich parametrów i właściwości oferowanych elementów. W razie opisanie Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
4. Urządzenie musi być fabrycznie nowe.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje transport na adres wskazany przez Zamawiającego, a także przekazanie i uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie instruktażu i innych czynności niezbędnych do uruchomienia urządzenia.
6. Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące
7. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Prosimy o podanie ceny netto oraz brutto
8. Termin dostawy maksymalnie do **30 czerwca 2025r..**

Oferty należy przekazać do dnia **19 maja 2025 r**

Na adres e-mail: spzozadamow@vp.pl

Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o braku współpracy z Rosją.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

