



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Adamów, dnia 12 maja 2025r

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23-00/1374/2024/17, nr umowy: **03OW/4664/I/2024**

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Adamowie
ul. Kleeberga 36
21-412 Adamów
tel.: 25/755 31 21
Adres e-mail: spzozadamow@vp.pl
NIP: **825-17-77-606**

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Magdalena Chmielewska

Adres e-mail: spzozadamow@vp.pl

I. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” określających ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

II. Przedmiot zamówienia: Chłodziarka farmaceutyczna

Opis techniczny:

Zamawiający poszukuje dostawcy **Chłodziarki do leków i szczepionek z rejestracją danych i portem USB do pobierania danych.**

Minimalne wymagania techniczne dla urządzenia:

NORMA DIN 13277
Pojemność 315 litrów
Drzwi przeszklone.
Termostat bezpieczeństwa chroniący przed spadkiem temperatury +2 - 0C
Zakres temperatur 2~8°C
Półki pełne
Wyświetlacz cyfrowy
Sprężarka 1szt.
Metoda chłodzenia powietrzem
Tryb odszraniania automatyczny



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zamek drzwi z kluczem

Oświetlenie LED

Port dostępu 1szt. Ø 25 mm

Alarm: temperatura wysoka/niska temperatura, wysoka temperatura otoczenia

Awaria czujnika systemowego, uchylenie drzwi, wbudowany rejestrator danych Awaria

USB, błąd komunikacji

Awaria zasilania elektrycznego, Słaba bateria

Oddzielny monitoring/ system powiadamiania sms lub aplikacja o zmianach temperatur.

III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych parametrów i oznaczeń elementów. Poprzez równoważność rozumiemy zachowanie odpowiednich parametrów i właściwości oferowanych elementów. W razie opisanie Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
4. Urządzenie musi być fabrycznie nowe.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje transport na adres wskazany przez Zamawiającego, a także przekazanie i uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie instruktażu i innych czynności niezbędnych do uruchomienia urządzenia.
6. Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące
7. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Prosimy o podanie ceny netto oraz brutto.
8. Termin dostawy maksymalnie do **30 CZERWCA 2025r.**

Oferty należy przekazać do dnia **19 MAJA 2025 r.**

Na adres e-mail: spzozadamow@vp.pl

Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o braku współpracy z Rosją (w załączeniu)